

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "БВСТРЕЙД"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 127566, шоссе Алтуфьевское, дом 48, корпус 2, офис 310, основной государственный регистрационный номер: 1157746298600, номер телефона: +74951070001, адрес электронной почты: info@bvctrade.ru

в лице Генерального директора Дерендяева Александра Александровича

заявляет, что Термометры бесконтактные инфракрасные, торговой марки "LE MEDICAL", модели: F01, F02, BW-P913, BW-P916, BW-P918, BW-P912, BW-P919, BW-P910

изготовитель "Shenzhen Le Medical Technology Co., Ltd.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 5F Block A, XinYongFeng Industrial Park, No. 2, TianBao Road, YingRenShi Community, ShiYan Sub-District, BaoAn District, ShenZhen, GuangDong, China, Китай.

Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/30/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9025192000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании


Протокола испытаний № ДИ0520-793 от 25.05.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Сертифика", аттестат аккредитации РОСС.RU.52356.ИЛ.00125, сроком действия до 27.08.2022 года.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2 ГОСТ 30969-2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний». Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды, срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.05.2023 включительно



(подпись)

М. П.

Дерендяев Александр Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.HB11.B.14570/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.05.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ЭНД ДИ ДИ КОМПАНИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109029,

Россия, город Москва, проезд Михайловский, Дом 3, Строение 66, Этаж 2, Пом 2, Ком №12

Основной государственный регистрационный номер 1087746509135.

Телефон: +7 (495) 988 46 85 Адрес электронной почты: info@addc.ru

в лице Генерального директора Сидоровой Елены Александровны
заявляет, что Термометр инфракрасный модель Jet Health TVT-200.

Изготовитель TOPICON HK LIMITED

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг, Flat / RM E, 9F, Hollywood Centre, 77-91 Queen's Road West, Sheung Wan

Филиалы согласно приложению № 1 на 1 листе Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9025 19 200 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № VT01045-2020/05 от 18.05.2020 года, выданного Испытательной Лабораторией

Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-ТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU. 31532.ИЛ02)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30805.14.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений" раздел 4, ГОСТ 30805.14.2-2013 "Совместимость технических средств

электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" разделы 4 и 5,

подраздел 7.2. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -10 до +40 градусов С, при относительной влажности воздуха 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 2 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.05.2025 включительно.



Сидорова Елена Александровна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НК.РА01.В.41628/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.05.2020